

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 15. 8. 2016

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Rámcová smlouva na dodávku laboratorních potřeb, rozdělena na části 1 - 4“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace – sdělení zadavatele).

Dotaz č. 7

část 1 Sklo základní

Zadavatel upřesnil, že chce zábrus u všech objemů, pro každý objem baňky však existují různé druhy zábrusů.

Upřesněte prosím, který typ zábrusu bude zadavatel akceptovat : NZ19/26; NZ 24/29; NZ29/32

Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - se zábrusem							
objem v ml	d v mm	d1 v mm	h v mm	Předpokládaný počet	Cena za 1 ks	Cena celkem	
50	51	26	90	7	0,00		
100	64	26	105	3	0,00		
250	85	34	138	5	0,00		
500	105	34	163	2	0,00		
1000	131	42	190	3	0,00		
4000	207	50	275	3	0,00		
6000	237	65	315	2	0,00		
10000	280	65	360	5	0,00		

Odpověď č. 7

Zadavatel nestanovil přesný požadavek na zábrus, bude tedy akceptovat všechny zábrusy odpovídající normám.

Dotaz č. 8

Část 3 – plasty základní

Tento produkt se již nevyrábí, bez náhrady uvedených objemů, žádáme o vyčlenění z části 3 ve všech objemech.

Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PP, rovný okraj, průsvitná, pro použití do 5000 x g, autoklávovatelná při 121° C

objem v ml	rozměr Ø x v (mm)	Předpokládaný počet	Cena za 1 ks	Cena celkem
3,5	13x50	6	0,00	<i>již vyčleněn zadavatelem</i>
10	16x76	2	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
13	17x98	7	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
25	25x76	6	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
30	25x90	8	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
75	35x105	10	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
85	38x106	2	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
100	41x115	8	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
100	45x98	3	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady
250	57x150	6	0,00	již se nevyrábí - bez náhrady

Odpověď č. 8

Zadavatel vyhovuje a vyčleňuje tuto položku z požadavků, jelikož při kontrole několika potenciálních dodavatelů zjistil, že tato položka již skutečně není v nabídce.

Zadavatel zveřejňuje opravené přílohy č. 3 a č. 7, kde je tato položka odstraněna.

Sdělení zadavatele č. 2: V důsledku změny zadávacích podmínek uvedených ve výše zveřejněných odpovědích se rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **5. 9. 2016 v 10:00 hodin. Otevírání obálek proběhne ihned po uplynutí této lhůty. Místo otevírání obálek se nemění.**

Přílohy:

Aktualizovaná příloha č. 3 – Technická specifikace části č. 3

Aktualizovaná příloha č. 7 – Nabídková tabulka pro část č. 3

.....
Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně