



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 17. 5. 2017

Věc: Veřejná zakázka:

**„Dodávka laboratorního vybavení – rozdělena na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 15. 5. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V technické specifikaci jsme našli popisy směřující ke konkrétním výrobkům dodávaným jedním dodavatelem na trhu SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., např. skříňový hlubokomrazicí box s duálním chlazením, kultivační box s osvětlením, sušárna. Zadání veřejné zakázky je tak v rozporu s principy veřejných zakázek a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou uvedeny v § 6. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele, aby přehodnotil opodstatněnost požadavků na přístroje a upravil technickou specifikaci tak, aby otevřel hospodářskou soutěž a umožnil podat nabídku vícerym dodavatelům na trhu.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Na evropském a českém trhu je více dodavatelů nabízejících skříňové hlubokomrazicí boxy s duálním chlazením s objemem větším než 500 litrů jako např. výrobce Panasonic, Arctiko, Dairei, Daihan...., které v ČR krom Vámi uváděné společnosti dodává např. BioTech, Trigon Plus, Unimed atd. Konkrétní požadované parametry na zařízení jako např. zajištění maximální kapacity boxu při minimálním požadovaném objemu, flexibilita vnitřního skladovacího prostoru, zajištění stabilní skladovací teploty při vyšší okolní teplotě (+30°C), nastěhování zařízení do určených, velmi limitovaných, prostor či možnost vyhledávání uskladněných vzorků pomocí software vycházely z požadavků pracoviště na použití tohoto zařízení pro uložení a skladování unikátní a velmi rozsáhlé sbírký patogenů z rodu *Phytophthora* (během šestiletého výzkumu se předpokládá izolace až několika tisíc kmenů...) a tedy zajištění její maximální ochrany! Bylo by velmi nežádoucí, aby mnohaletá náročná a nákladná práce vědců byla znehodnocena používáním nevyhovujícího vybavení – to je hlavní důvod, proč jsou naše



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



požadavky na jednotlivá pro výzkum zásadní zařízení (jako např. právě hluboko mrazicí box, kultivační box nebo inkubátory) nastaveny tak vysoko. Nicméně u Vámi zmiňovaných sušáren, které nejsou pro náš výzkum zcela zásadní, lze přistoupit k redukci nároků na zařízení i za cenu snížení komfortu práce technického personálu výzkumné laboratoře – viz přepracovaná aktualizovaná technická specifikace. Výzkum projektu „Phytophthora Research Centre“, pro nějž je pořizováno toto nové laboratorní vybavení, je velmi specializovaný a vyžaduje v řadě případů vybavení, které musí splňovat ty nejvyšší nároky v širokém spektru aspektů.

Sdělení zadavatele č. 1:

Zadavatel upravuje specifikaci položky „Sušárna“, uvedené v příloze č. 1 – technické specifikaci, část 1.

Sdělení zadavatele č. 2:

Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a jeho obsahu rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **7. 6. 2017 v 11:00 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek. Místo otevírání nabídek zůstává v platnosti.

Zadavatel rovněž upozorňuje dodavatele, aby při přípravě svých nabídek použili aktualizované znění přílohy č. 1 – technické specifikace.

Přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 1 – technická specifikace, stav k 17. 5. 2017

Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně