



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vyřizuje/tel. : Iva Vágnerová / 545 135 167

V Brně dne 16.10.2017

**Veřejná zakázka s názvem:**

**" Dodávka přístrojů pro laboratoř rostlinných biotechnologií – rozděleno na části "**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.1**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (*dotaz – odpověď*) nebo informací poskytovaných zadavatelem (*sdělení*). Formulace dodavatelů je doslovně převzata.

**Zadavatel obdržel dne 13.10.2017 následující dotazy dodavatele:**

**Otázka č.1:**

Dobrý den,  
rádi bychom Vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací u části 3 - Gradientní termocykler.

Náš dotaz:

Je přípustné nabídnout přístroj, který splňuje požadované parametry a který má teplotní uniformitu při 55°C je  $\pm 0.25$  °C?

**Odpověď č.1:**

Zadavatel tímto oznamuje, že **je přípustné v části č. 3 Gradientní termocykler** nabídnout přístroj, který splňuje požadované parametry a který má teplotní uniformitu při 55°C je  $\pm 0.25$  °C.

**Sdělení zadavatele č.1:**

Vzhledem k rozsahu a charakteru doplňujících informací v zadávací dokumentaci Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Iveta Farkačová  
Vedoucí oddělení veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně