



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Sdělení zadavatele

---

Č. j. 6763/2018-926

Vyřizuje: PaedDr. Z. Šťastná/602748621

V Brně dne 5. 4. 2018

### Veřejná zakázka s názvem

### **„Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb – rozděleno na části“**

#### Sdělení k podané námitce:

Zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), poskytuje všem dodavatelům, níže uvedená sdělení:

Dne 4. 4. 2018 zadavatel rozhodl o obdržené námitce proti zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky, když námitce stěžovatele vyhověl a umožnil dodání originálního spotřebního materiálu, který bude splňovat parametry autorizovaného spotřebního materiálu k používaným přístrojům a pipetám výrobce Eppendorf.

Zadavatel již provedl opatření k nápravě, když v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 3. 2018, č. j. 6257/2018-926, upravil název příslušné části veřejné zakázky a také zdůvodnil tento svůj postup. Tímto umožnil dodavatelům podat nabídku na dodávku kompatibilního spotřebního materiálu.

Zadavatel opětovně poukazuje na to, že laboratoře, ve kterých se poptávané výrobky - spotřební laboratorní materiál používá, jsou vybaveny originálními pipetami Eppendorf a k nim odpovídajícím příslušenstvím (zásobní krabičky). Zadavatel z důvodu zajištění řádného procesu laboratorního výzkumu a zajištění relevantních výsledků laboratorních procesů sděluje, že pro jakoukoliv práci s těmito konkrétními pipetami a přístroji je nutné používat vždy originální plastiku, resp. spotřební materiál s vlastnostmi materiálu a s parametry plně odpovídající originálnímu plastiku, tzn. autorizovaný spotřební materiál. Tento postup zadavatele je možný - viz DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan a kolektiv, 2017, Zákon o zadávání veřejných zakázek, komentář, s. 554 - 555, ISBN 978-80-7400-651-7.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodaný originální autorizovaný spotřební materiál nejvyšších kvalitativních standardů musí splňovat potřebné parametry výrobku pro řádnou funkčnost používaných přístrojů a pipet při dodržení přesně stanovených laboratorních procesů.

#### Sdělení k prověření vkládacích polí:

Zadavatel dále v návaznosti na informaci a požadavku prověření otevřených vkládacích polí v Příloze č. 1 zadávací dokumentace přikládá soubor označený Priloha\_1\_Technická specifikace částí 1 a 2\_3\_aktualizace\_05042018\_k vyplnění.xls, ve kterém byla prověřena všechna vkládací pole, resp. byla provedena kontrola buněk, do kterých dodavatel má vložit jednotkovou cenu výrobku a buněk pro vložení kódového označení výrobku. Při tomto prověření nebyl změněn žádný údaj, týkající se spotřebního materiálu, jeho specifikace vlastností či množství ani jakýkoliv číselný údaj. V rámci tohoto prověření bylo pouze odemčeno několik buněk. Tato úprava není změnou zadávacích podmínek.

Tento soubor je jako aktualizovaná Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto sdělení zadavatele.

#### Sdělení ke lhůtě pro podání nabídek:

Zadavatel dále poukazuje na skutečnost, kdy ve svém Sdělení ze dne 27.3.2018, č.j. 5978/2018-926 již prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Toto sdělení nemá dopad na nutnost lhůtu pro podání nabídek prodloužit, lhůta pro podání nabídek se nemění. **Tzn., že lhůta pro podání nabídek tedy končí 25. dubna 2018 v 10.00 hodin.**

PaedDr. Zoja Šťastná, v. r.  
referent oddělení veřejných zakázek  
jednající na základě plné moci  
Mendelova univerzita v Brně