

Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 62156489, DIČ CZ62156489
Název zakázky	Mikrotom-kryostat
Předmět zakázky	Dodávky
Druh zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel na základě veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Rozhodl

**o vyloučení účastníka výběrového řízení
s názvem „Mikrotom-kryostat“**

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:

Název společnosti: **MIKRO, s. r. o.**
Sídlo: **Lísky 1022/94, 624 00 Brno**
Právní forma: **společnost s ručením omezeným**
IČO: **41604326**

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka MIKRO, s. r. o., Lísky 1022/94, 624 00 Brno; IČO 41604326, z veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Účastník předložil nabídku do výběrového řízení s názvem „Mikrotom-kryostat“ a v souladu s požadavky zadávací dokumentace vyplnil žlutě podbarvená pole technické specifikace ve všech bodech ANO; ve skutečnosti jsou však parametry nabízeného přístroje ve 3 bodech odlišné.

Antibakteriální povrch nabízený přístroj nemá. Co se týče parametru délka řezu, uvádí dodavatel jiné údaje na webových stránkách, jiné v technických listech výrobku a ještě jiné v zaslané nabídce k VR.

Co se týče tloušťky řezu, rovněž se parametry odlišují. Členové komise se domnívají, že není v kompetencích dodavatele, aby sám posuzoval, k čemu bude odběratel takto tenké řezy potřebovat. Přístroj je jedním z mnoha, které budou na ZF v rámci projektů OP VVV zakoupeny. Cílem těchto projektů je podpořit špičkový výzkum, který má díky zakoupené infrastruktuře na univerzitě probíhat.

Vzorky z mikrotomu budou mj. využívány i ke zkoumání tkání pod špičkovými fluorescenčními mikroskopy, přístroj nemá sloužit k běžné komerční praxi, ale pro vědu a výzkum, a to tak, aby byli naši mladí vědci a jejich výstupy konkurenceschopné v rámci Evropského výzkumného prostoru. Technické parametry byly zadány v tomto případě v intervalech, jedná se o možná rozmezí, které dnešní špičkové mikrotomy umožňují.

Hodnotící komise proto dospěla k závěru, že účastník nedodržel podmínky výběrového řízení a veřejné soutěže, a proto byl z tohoto řízení vyloučen **pro nesplnění podmínek technické specifikace požadované zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.**

V Brně dne 9. 4. 2018



Danuše Nerudová

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D.
rektorka