

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

s názvem

„Průtokový cytometr – rozděleno na části – část 1“

Č. j.: 8609/2018-926

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Průtokový cytometr – rozděleno na části
Předmět zakázky	Dodávky
Části veřejné zakázky	Část 1: Průtokový cytometr pro ÚMFGZ Část 2: Průtokový cytometr pro ÚCB
Druh zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel oznamuje dle § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) vyloučení účastníka zadávacího řízení z veřejné zakázky.

Zadavatel na základě § 48, odst. 2 písm. a) zákona rozhodl dne 10. 5. 2018 o vyloučení účastníka Becton Dickinson Czechia, s.r.o., IČO 25142135, ze zadávacího řízení pro část 1.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:

Název společnosti:	Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Sídlo:	Křenova 438/1, 162 00 Praha 6
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	251 42 135

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Hodnotící komise našla nedostatky v technické specifikaci účastníka pro tuto část. Účastník sice vyplnil Přílohu č. 1 – technická specifikace požadovaných zařízení pro část 1, u dvou položek však uvedl údaje odlišné od minimálních požadavků uvedených zadavatelem. Konkrétně se jedná o položku „*Dynamický rozsah dat 20 a více bitů...*“, kde účastník uvedl údaj „18 bitů“, a položku „*Akviziční a analytický software v českém jazyce*“, kde účastník uvedl údaj „*SW v anglickém jazyce*“. Na základě uvedených informací **hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka Becton Dickinson Czechia, s.r.o., Křenova 438/1, 162 00 Praha 6, IČO 251 42 135, z výběrového řízení pro část 1 pro nesplnění promínek pro účast v zadávacím řízení pro část 1.**

Zadavatel proto v souladu s § 48 odst. 1 písm. a) zákona, dodavatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zákonných zadávacích podmínek, uvedených v bodě 11.2 výzvy k podání nabídek.

Poučení o námitkách:

Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele dle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 246 odst. 1, písm. a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně 10.5. 2018


.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

