



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vyřizuje/tel.: Ing. Václav Ostrovský/ 545 135 257

V Brně dne 25. 5. 2018

Veřejná zakázka ZPŘ

„Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum – děleno na části“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 23. 5. 2018 obdržel zadavatel **dotaz k zadávací dokumentaci části 1: Termokomora** v následujícím znění:

1. Dotaz: Dovoluji si zaslat touto cestou dodatečný dotaz k části 1 – Termokomora. V technické specifikaci je uvedeno rozšířený teplotní rozsah do 300 St. C pro sušárny. U inkubátoru, který je možné (dle ostatních parametrů) nabídnout, výrobce toto neumožňuje. Bude zadavatel akceptovat, pokud do tabulky technické specifikace doplníme u tohoto parametru "rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny" NE nebo bude naše nabídka vyloučena?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že parametr "rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny" je nezbytný, tzn. pokud inkubátor tento parametr nesplňuje, BUDE vyloučen.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 4. 6. 2018 v 11:00**. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně