



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vyřizuje/Mgr. Natálie Gloserová/ tel.: 545 135 252, email:zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 30. 5. 2018

Veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem

„Dodávka přístrojů a zařízení pro centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně – děleno na části“

Vysvětlení zadávací dokumentace DI_1 k části 8

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 28.5.2018 obdržel zadavatel prostřednictvím zprávy z profilu zadavatele dotaz v následujícím znění:

Otázka:

Dobrý den máme dotaz k části 8 - Zadavatel požaduje rozlišení 0,0001. Tak vysoké rozlišení však v praxi vzhledem k přesnosti měření není využitelné. Náš přístroj má rozlišení 0,001, což i s rezervou v praxi bohatě dostačuje. Bude zadavatel akceptovat přístroj s námi uvedeném rozlišení? Děkujeme za vyjádření.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pracuje s diagnostickými sadami, které doporučují citlivost přístroje 0,0001. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 8 k části 8 v bodě 7 rozlišení 0,0001 OD.

Lhůta pro podání nabídek stanovená na den 7. 6. 2018 v 10:00 hod a současně i lhůta pro otevírání obálek stanovena ve stejném dni a čase se nemění.

Mgr. Natálie Gloserová

Na základě plné moci ze dne 12.8.2018