



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vyřizuje/tel.: Markéta Svenssonová/ 545 135 251

V Brně dne 28. 6. 2018

Veřejná zakázka ZPŘ

„Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum II – děleno na části“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 27. 6. 2018 obdržel zadavatel **dotaz k zadávací dokumentaci části 1: Biohazard box (2 ks)** v následujícím znění:

1. V části 1 – biohazard boxy není uvedena požadovaná velikost boxu, předpokládáme, že se jedná o standardní rozměry s šířkou pracovní plochy minimálně 1 200 mm?

Sdělení zadavatele:

Zadavatel sděluje, že:

- šířku pracovní plochy boxu požaduje min. 1,4 a max. 1,6 metru.

Dále zadavatel mění požadavek na parametr filtr v tomto smyslu:

- požaduje 2 ks HEPA s účinností 99,995 % s tím, že přípustný je i ULPA s účinností 99,999 %

A přidává další parametr:

- automatické otvírání

Mgr. Iveta Farkačová
vedoucí oddělení veřejných zakázek, Mendelu