



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Oznámení rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení z části 1 veřejné zakázky s názvem

„Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum – děleno na části“

Č. j.: 14108/2018-926

Identifikační údaje o zadavateli:

Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena:	prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
IČO / DIČ	62156489 /CZ 62156489
ID datové schránky:	85ij9bs
Název části1:	Termokomora (2 ks)
Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Adresa profilu zadavatele, kde je zpřístupněna zadávací dokumentace:	https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2320.html

Zadavatel oznamuje dle § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) **vyloučení účastníka** zadávacího řízení z veřejné zakázky s názvem
**„Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum – děleno na části,“
v části 1**

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel na základě § 48 odst. 2 písm. c) zákona a ve spojení s § 46 odst. 1 zákona rozhodl dne 11. 7. 2018 o vyloučení účastníka MERCI, s.r.o., IČ 46966447, Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, ze zadávacího řízení pro **část 1**.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:

Název společnosti:	MERCI, s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Právní forma:	Spol. s. r. o.
IČO:	46966447



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Hodnotící komise našla nedostatky v části 1. Účastník vyplnil přílohu technická specifikace požadovanou v Zadávací dokumentaci, a to výrazy ANO, což by znamenalo, že nabízený přístroj splňuje veškeré požadavky zadavatele. Avšak po kontrole nabízeného přístroje s komerčním názvem „Inkubátor s chlazením Peltier IPP110plus MEMMERT (108 I)“ prostřednictvím katalogového listu přístroje přiloženého v nabídce dospěla hodnotící komise k závěru, že je potřeba doložit, zda nabízený přístroj splňuje následující parametr:

- Rozšířený teplotní rozsah do 300 st. C pro sušárny: u výrobku „Inkubátor s chlazením Peltier IPP110plus MEMMERT (108 I)“ není v anglicky psaném katalogovém listu vůbec zmíněn, zatímco cenová nabídka tento parametr obsahuje.

Hodnotící komise se proto usnesla, že účastníka **MERCI, s.r.o.**, 46966447, Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno vyzve dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona k objasnění nabídky. Účastník je povinen objasnit, zda jím nabízený přístroj skutečně splňuje veškeré požadavky zadavatele, zejména s přihlédnutím ke konkrétnímu parametru uvedenému výše v žádosti, a který jmenovaný účastník deklaroval ve své nabídce.

Účastník se vyjádřil v tom smyslu, že v zadávací dokumentaci byl ze strany zadavatele požadován parametr, který se vztahuje na přístroj „Sušárna“ a ne na soutěžený inkubátor, odpověď ano byla vyplněna ve smyslu: ANO výrobce nabízí rozšíření teplotního rozsahu na 300 °C pro sušárny. V technickém listu inkubátoru není tento parametr uveden, protože se vztahuje k přístroji sušárna. V příloze zaslal technický list sušárny pro srovnání.

Hodnotící komise doporučila zadavateli na základě uvedených informací účastníka **Merci, s. r. o., IČ 46966447, Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno** z části 1 veřejné zakázky **vyloučit** pro nesplnění zadávacích podmínek účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel proto v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona a ve spojení s § 46 odst. 1 zákona, dodavatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zákonných zadávacích podmínek.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:

Námítky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele dle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 246 odst. 1, písm. a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně dne 11. 7. 2018



.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka