



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Vyřizuje/tel.: Markéta Svenssonová/ 545 135 251

V Brně dne 12. 7. 2018

Veřejná zakázka ZPŘ

„Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum II – děleno na části“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vnesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 3. 7. 2018 obdržel zadavatel **dotazy k zadávací dokumentaci části 1: Biohazard box (2 ks)** v následujícím znění:

1. Zadavatel požaduje, aby **přední okno bylo výklopné**. Předpokládáme, že tento požadavek je kvůli snadnému čištění vnitřní strany skla. Náš box má jiný systém - **sklo je posuvné** až pod úroveň opěrky na ruce. Bude zadavatel akceptovat i alternativní, avšak funkčně srovnatelné provedení?
2. Zadavatel neudává, zda požaduje tzv. **validaci boxu** - tedy ověření, zda box splňuje veškeré bezpečnostní parametry dle EN 12469. Prosíme o upřesnění. Pokud ji zadavatel požaduje, aby byla součástí dodávky, tak zda má být provedena akreditovaným subjektem a kolikrát, zda pouze po instalaci nebo např. každoročně po dobu záruky. To vše má významný vliv na nabídkovou cenu.
3. Zadavatel neuvádí, z jakého **materiálu** má být hlavní tělo přístroje. Některé boxy mají **antimikrobiální nátěr**. Bude ho zadavatel požadovat?

Odpověď zadavatele:

K bodu 1:

Ano, toto provedení lze určitě akceptovat.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



K bodu 2:

Validace dle zadavatele není potřeba.

K bodu 3:

Zadavatel antimikrobiální nátěr nepožaduje.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 27. 7. 2018 v 11:00**. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

.....
Mgr. Iveta Farkačová
vedoucí oddělení veřejných zakázek, Mendelu