

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 257

V Brně, dne 16. 11. 2018

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Vybavení pro laboratoř 422 – hydrometrické přístroje“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 14. 11. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz dodavatele č. 1:**

*„Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace – technická specifikace požadovaných zařízení uvádí požadavek na optickou IDS kyslíkovou sondu pro terénní a laboratorní aplikace. Bude zadavatel pro měření rozpuštěného kyslíku akceptovat také řešení s polarografickou elektrodou, místo optické IDS sondy, při zachování všech ostatních parametrů?“*

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:**

Zadavatel požaduje výhradně optickou IDS sondu. Ze zkušeností zadavatele vyplývá, že je zcela běžně používána v laboratořích a v terénu a je bezproblémová – dlouhodobé měření, nenáročná na údržbu, je to novější technologie než polarografie a patrně i pro přenosné oximetry vhodnější a je optimální pro účely, ke kterým zadavatel přístroj bude používat.

.....  
Bc. Zdeněk Bartl  
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018  
oddělení veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně