

Příloha č. 1 - technická specifikace části 1 veřejné zakázky Zakličovací stůl (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):		
<p>Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni).V případě, že níže uvedené podmínky obsahují specifická označení výrobků či služeb, které platí pro určitého podnikatele či osobu za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatele požadovanou funkcionalitu.</p>		<p>nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)</p>
Zakličovací stůl		
Nabízený model (uvést značku a model/typ):		Zakličovací stůl BCC
Splnění jednotlivých technických parametrů		
možnost nastavení podmínky pro realizaci zkoušky klíčivosti dle normy ČSN 48 1211 a mezinárodní ISTA		ANO - viz. manuál
možnost inkubovat při střídavé teplotě 16 hodin ve tmě při teplotě 20±2 °C a 8 hodin na světle při teplotě 30±2 °C nebo při stálé teplotě 20±2 °C		ANO - viz. manuál
prostor klíčovadla musí zajistit stejné podmínky pro klíčení semen (všechna semena musí mít stejné podmínky ke klíčení)		ANO - viz. manuál
Vnější rozměry stolu min. 1900x800x1850 mm (šxhvx) včetně výstupů vody a elektřiny		ANO - viz. manuál
Prostor pro min. 140 ks zakličovacích ploch (misek se zvonky)		ANO - viz. manuál
Teplotní rozpětí +10°C až +35°C (přesnost ± 1 °C)		ANO - viz. manuál
Časovač teploty a světla (dne a noci)		ANO - viz. manuál
Osvětlení více než 1000 luxů		ANO - viz. manuál
Připojení na běžný vodovod 3/4", studená voda		ANO - viz. manuál
Připojení na zásuvku elektro 230V/50Hz, příkon 1,6kW		ANO - viz. manuál
Nerezový povrch		ANO - viz. manuál
Vana s přelivem a odtokem napojeným na odpad jednoduše čistitelná		ANO - viz. manuál
min. 200 ks misek (průměr 82 mm)		ANO - viz. manuál
min. 200 ks průhledných zvonků		ANO - viz. manuál
min. 1000 ks filtračních papírů (průměr 85 mm)		ANO - viz. manuál
min. 1000 ks filtračních papírů s perforací		ANO - viz. manuál
min. 1000 ks tampónů min. 18 x 320		ANO - viz. manuál
Čerpadlo na 220 V		ANO - viz. manuál
Chladicí jednotka (možnost nastavení nižší teploty, než je teplota okolí; např. při laboratorní teplotě 30 °C lze nastavit a udržovat 20 °C)		ANO - viz. manuál