
Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ondřej Šrámek / 545 135 167
V Brně, dne 7. 3. 2019

Veřejná zakázka s názvem „Laboratorní přístroje pro ZF“

Vysvětlení zadávací dokumentace DI_1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených dodavatelem. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 1. 3. 2019 obdržel zadavatel níže uvedených 6 dotazů, týkajících se obsahu dvou příloh zadávací dokumentace - Technické specifikace pro investiční část č. 2 a investiční část č. 3 veřejné zakázky.

1. V části 2 je jedním z požadovaných přístrojů PCR box, nicméně detailní požadavky hovoří o biohazardu třídy II, předpokládáme, že v názvu je chyba?

2. V té samé části, týkající se biohazardu není specifikováno žádné příslušenství. UV lampa je samozřejmostí, stejně jako vnitřní elektrická zásuvka, u boxu šířky 180cm bývá vhodným doplňkem i pevná kovová konstrukce (stojan) – prosím upřesnit, zda má být stojan součástí dodávky či nikoliv?

3. V požadavcích na další přístroj - laminární box s horizontálním prouděním není rovněž striktně uvedeno, zda má být součástí dodávky i stojan, prosíme o upřesnění.

4. V části 3 – analytické váhy je požadována rychlá stabilizace hmotnosti do 3 s. U analytických vah s přesností na 0,01mg to není zcela obvyklé, bude dostačující nabídneme-li model se stabilizací do 4s, při splnění všech ostatních parametrů?

5. V požadavcích na mikrojemný mlýnek je součástí specifikace – síto s otvory 0,5 – 4mm. Námi nabízený mlýnek umožňuje použití sít od 0,25 do 4mm, prosíme o upřesnění zda a jaká konkrétní síta mají být součástí dodávky.

6. V požadavcích na mikrojemný mlýnek je v posledním bodě uváděna frekvence 40/75Hz...není zcela jasné, co tento bod znamená...námi nabízený přístroj má standardní frekvenci 50/60Hz, bude to přípustné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po přezkumu všech vznesených dotazů upravil a uveřejnil znění Technické specifikace k investiční části č. 2 a investiční části č. 3 veřejné zakázky.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s uveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace DI_1 a úpravami Technické specifikace pro 2 investiční části zakázky zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání a otevírání nabídek ve lhůtě do **25. 3. 2019, do 10:00 hod.**

Ke dni 7. 3. 2019 je na profilu zadavatele E-ZAK u předmětné veřejné zakázky

https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2994.html

uveřejněno aktualizované znění přílohy č. 2 - Technická specifikace pro investiční část 2_I. aktualizace 7. 3. 2019 a aktualizované znění přílohy č. 3 - Technická specifikace pro investiční část 3_I. aktualizace 7. 3. 2019

.....
Ondřej Šrámek
na základě plné moci ze dne
07. 06. 2018

administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek,
rektorát,
Mendelova univerzita v Brně