



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení

Veřejná zakázka:

„Měřicí a obslužné vybavení laboratoře automatizace a řízení“

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 3. 4. 2019

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Měřicí a obslužné vybavení laboratoře automatizace a řízení
Části zakázky	Část 1: analyzátor plynu Část 2: měřič elektromagnetického smogu Část 3: multimetry Část 4: výukové panely Část 5: laboratorní zdroje a analyzátory
Předmět zakázky	Dodávky
Druh zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel

ROZHODL

o vyloučení níže uvedeného účastníka z účasti v části č. 5 výběrového řízení:

Obchodní firma nebo název:	MICRONIX, spol. s r.o.
Sídlo:	Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	485 84 118



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odůvodnění:

Hodnotící komise v rámci posouzení nabídek konstatovala, že z veřejně dostupných zdrojů ověřila nabízené plnění u položky „stolní napájecí zdroj labRobotiky“ - zařízení UTP 3315TFL. Toto zařízení však nespĺňuje požadavky zadavatele na rozměry (požadováno max. 110 mm x 156 mm x 260 mm, nabízené zařízení má 105 mm x 160 mm x 230 mm) a počet uložitelných nastavení proudu a napětí (požadována možnost uložení 5 a více nastavení proudu a napětí; nabízené zařízení nemá možnost ukládat jakékoli nastavení). U těchto dílčích parametrů se ale objevuje hodnota „ANO“, kterou dodavatel deklaruje její splnění.

Hodnotící komise v rámci posouzení nabídek konstatovala, že z veřejně dostupných zdrojů ověřila nabízené plnění u položky „analyzátor výkonu“ - zařízení HMC 8015. Toto zařízení však nespĺňuje požadavky zadavatele na rozhraní (požadováno IEEE-488 (GPIB), nabízené zařízení nemá GPIB port). U tohoto dílčího parametru se ale objevuje hodnota „ANO“, kterou dodavatel deklaruje její splnění.

Hodnotící komise se proto usnesla, že účastníka MICRONIX, spol. s r.o. vyzve k objasnění nabídky v rozsahu objasnění výše uvedených nejasností.

Účastník MICRONIX, spol. s r.o. reagoval na výzvu k objasnění nabídky a v rámci odpovědi uvedl, že obě výše uvedené položky skutečně nespĺňují zadavatelem požadované parametry. V rámci přípravy nabídky došlo k pochybení na straně účastníka.

Na základě zjištěných skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka **MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4; IČ: 485 84 118** z výběrového řízení v rozsahu části č. 5 z důvodu předložení nevyhovující nabídky a následnému nesplnění požadavků zadavatele.

V Brně 3. 4. 2019



prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka