



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 11. 6. 2019

Věc: Veřejná zakázka:

**„Dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 10. 6. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Technická specifikace je tak podrobná, že poukazuje na konkrétní výrobky od konkrétního výrobce a neumožňuje hospodářskou soutěž, jedná se zejména o požadované rozměry, spotřebu, hlučnost. Tyto údaje nemají vliv na účel a zbytečně omezují hospodářskou soutěž. Žádáme zadavatele, aby tyto požadavky vypustil, nebo alespoň umožnil větší toleranci.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Maximální přípustné rozměry není možné překročit, zadavatel je limitován prostorem v laboratoři. Vzhledem k množství přístrojů v laboratoři je rozhodující i faktor hlučnosti, **uvedené hodnoty jsou maximální přípustné.**

Spotřeba je vázaná na ústavní UPS, která je již nyní zatížena téměř k plné kapacitě a preferujeme co nejnižší hodnoty, **nicméně zadavatel je schopen připustit 10% navýšení na max. denní spotřebu u hlubokomrazícího boxu na 8,4 kW/den (viz příloha - aktualizovaná technická specifikace).**

Dotaz dodavatele č. 2:

„Požadovaný odtok kondenzátu u chlazené centrifugy je standardně řešen jinak. Jedná se taky o zbytečný požadavek omezující hospodářskou soutěž. Žádáme zadavatele, aby tento požadavek vypustil.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Technické řešení odtoku kondenzátu není specifikováno, nemůže to být tedy považováno za omezující kritérium.

Dotaz dodavatele č. 3:

„Požadavek na možnost zapůjčení náhradního přístroje je s ohledem na charakter přístroje v praxi těžko realizovatelný. Žádám zadavatele o zvážení, zda by nemohl z tohoto požadavku ustoupit.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

„Zadavatel doplňuje původně stanovený požadavek: možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy, **pokud by doba odstavení přístroje přesáhovala 90 dnů (viz příloha - aktualizovaná technická specifikace).**“

Sdělení zadavatele č. 1: Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do **27. 6. 2019 v 10:00 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha č. 1:

- Aktualizovaná příloha č. 1 - technická specifikace. Dodavatelé při přípravě svých nabídek využijí tuto aktualizovanou verzi k 11. 6. 2019.

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně