



**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253

V Brně, dne 28. 11. 2019

**Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětů dodavatelů obdržených písemně dne 25. 11. 2019 a 27. 11. 2019. Formulace dotazů dodavatelů jsou doslovně převzaty.

**Dotaz č. 1:**

„Část 4 VZ

*Je požadován přístroj s intervaly skenování po 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5 nm. Je možné nabídnout přístroj s intervaly skenování po 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 a 2 nm se skenovací rychlostí až 28 000 nm/min? Jedná se o přesnější a výrazně rychlejší přístroj, než je požadováno“*

**Odpověď Zadavatele:**

**Vzhledem k povaze využití požadovaného přístroje zadavatel požaduje minimální dodržení všech požadovaných parametrů.**

**Dotaz č. 2:**

„Část 2 VZ

*V technických parametrech je požadavek na rozsah otáček: 50-350rpm/min.*

*Náš dotaz zní: Jelikož standardní rozpětí třepání u naprosté většiny výrobců orbitálních třepaných inkubátorů je od 20 do 200 ot./min. a dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle §36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a §6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace.*

*I když je veřejná zakázka zadávána v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona:*

- *Zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,*
- *Zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,*
- *Zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,*
- *Zásadu přiměřenosti – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.)*

*Požadujeme, jestli by bylo možné, nabídnout přístroj, který splňuje všechny požadované parametry nebo je překračuje, ale má rozsah třepání do 300 otáček za min.??“*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel při stanovení požadovaných minimálních parametrů vycházel z aktuálního průzkumu trhu a maximálních technických možností přístrojů, které může zadavatel pořídit za finanční prostředky, kterými disponuje pro tuto veřejnou zakázku. Zadavatel dále uvádí, že přístroje nebudou využívány v rámci běžné komerční praxe, ale budou součástí výzkumné infrastruktury a cílem jejich nákupu je podpora výzkumu v rámci doktorských studijních programů tak, aby byli mladí vědci Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a jejich výstupy konkurenceschopné v rámci Evropského výzkumného prostoru. Nejedná se tedy o možnou diskriminaci nebo znevýhodnění potenciálních dodavatelů, ale o nutný předpoklad z hlediska využití výzkumné infrastruktury pro její primární účel, a sice tedy vědu a výzkum.

Zadavatel trvá na parametrech, které stanovil v technické specifikaci a tyto bude vyžadovat jako minimální možné.

.....  
Bc. Zdeněk Bartl  
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018  
administrátor veřejné zakázky  
oddělení veřejných zakázek  
rektorát, Mendelova univerzita v Brně