

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení s názvem

„Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř“

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř
Předmět zakázky	Dodávky
Části veřejné zakázky	Část 1 – Elektroforetické a transluminační zařízení pro zobrazení vzorků Část 2 – Inkubovaná třepačka Část 3 – Automatická počítačka kolonií Část 4 – Fotometr UV-VIS dvoupaprskový Část 5 - Vertikální lyofilizátor vč. příslušenství
Druh zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel oznamuje dle § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) vyloučení účastníka zadávacího řízení z veřejné zakázky.

Zadavatel na základě § 48, odst. 1 písm. a) zákona rozhodl dne 13. 1. 2020 o vyloučení účastníka CHROMSPEC spol. s r.o., IČO 44794053, ze zadávacího řízení pro část 4.

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:

Název společnosti:	CHROMSPEC spol. s r.o.
Sídlo:	Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	447 94 053

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Hodnotící komise nalezla nedostatky v technické specifikaci účastníka pro tuto část. Účastník sice vyplnil Přílohu č. 4 – technická specifikace pro část 4 v souladu s požadavky zadavatele, tj. ve všech parametrech uvedl výrok „ANO“, při ověřování parametrů nabízeného předmětu plnění však hodnotící komise zjistila, že nabízený přístroj nesplňuje jeden požadavek technické specifikace. Jedná se o tento požadavek: „*Možnost rozšíření o držák na 8 kyvet s automatickým měničem, držák kyvet s peltier temperací, sipper, vícepolohové držáky, držák pro 4 kyvety s délkou dráhy 100 mm, držák pro 4 kyvety s vodním opláštěním, držák na kulaté kyvety 10-100 mm optická dráha a držák kyvet pro oválnou kyvetu*“. V bodě 5.2 Výzvy k podání nabídek je k technické specifikaci uvedeno, že „*Dodavatel splní požadavky zadavatele, bude-li u všech položek uvedena hodnota ANO*“. Tuto skutečnost musí být vybraný dodavatel schopen na vyzvání zadavatele prokázat.“ Na základě uvedených informací **hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka CHROMSPEC spol. s r.o., Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 44794053, ze zadávacího řízení pro část 4 pro nesplnění podmínek pro účast v zadávacím řízení pro část 4 veřejné zakázky.**

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 1 písm. a) zákona, dodavatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zadávacích podmínek uvedených v bodě 5.2 výzvy k podání nabídek.

Poučení o námitkách:

Námítky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele dle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 246 odst. 1, písm. a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně 13. 1. 2020

Podpis a razítko

.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka Mendelovy univerzity v Brně