

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková /+ 420 545 135 167

V Brně, dne 1. 7. 2020

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky:

„Real-time PCR cykler“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 29. 6. 2020 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Akceptovali byste systém pro real-time PCR, který nebyl továrně kalibrován na detekci fluorescenčního barviva Cy3.5, kterou požadujete, ale na detekci Cy5.5? Barvivo Cy3.5 je v případě potřeby možné kalibrovat dodatečně, neboli systém, který bychom rádi nabídli, tuto detekci umožňuje, avšak není na ni nastaven při pořízení nového přístroje.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu č. 1 upřesňuje, že pokud tovární systém obsahuje modul, který umožňuje detekci barviva Cy3.5 po kalibraci uživatelem, je to ze strany zadavatele akceptovatelné. Pokud je modul pro detekci barviva Cy5.5 jako doplněk k žádaným barvivům uvedeným v technické specifikaci, čili umožňuje detekovat až 5 barviv v jedné reakci, je to rovněž v souladu s požadavky zadavatele. Zadavatel však sděluje dodavatelům, že pokud by systém neobsahoval modul umožňující detekci Cy3.5 a nahrazoval by ho modul Cy5.5, tak je to ze strany zadavatele neakceptovatelné.

Zadavatel k dotazu č. 1 rovněž uvádí, že vyžaduje, aby nabízený přístroj modul pro detekci barviva měl a požadované barvivo se dodatečně pouze kalibrovalo. Pro zadavatele není akceptovatelné, aby musel dokupovat modul celý.

Výše uvedené musí být zadavatel rovněž schopen ověřit z dokumentů prokazujících splnění uvedených a potvrzených technických skutečností, které v souladu s čl. 9 Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace předloží účastník jako součást technické specifikace, tj. jako součást nabídky.

II.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí **dne 15. 7. 2020 v 10:00 hod.** Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně