



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 22. 9. 2020

**Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu“
Vysvětlení zadávací dokumentace (3)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětu dodavatele obdrženého písemně dne 21. 9. 2020. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dotazy pro část 6 veřejné zakázky – Centrifuga s rotorem na mikrotitrační destičky

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje kapacitu centrifugy 6x250 ml a jakou součást dodávky výkyvný rotor 4-místný a vždy 4 adaptéry. V tomto kontextu je požadavek na maximální kapacitu 6x250 ml zbytečně eliminační. Žádám zadavatele, aby požadavek na maximální kapacitu upravil na 4x 240 ml.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel požaduje šestimístný rotor v základním vybavení jako úhlový rotor. Čtyřmístný rotor je další výkyvný. Jedná se o požadavek, který zahrnuje dva rotory ve dvojím provedení: 1 – šestimístný úhlový a 2 – čtyřmístný výkyvný rotor.

Dotaz č. 2:

„Zadavatel požaduje max. RCF pro výkyvný rotor 2-místný pro mikrotitrační destičky 2 716 xg. Bude zadavatel akceptovat i minimální rozdíl, tj. max RCF u tohoto rotoru 2 626 xg?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci pro část 6 veřejné zakázky (opravená verze uveřejněna na profilu zadavatele v sekci Veřejné dokumenty dne 16. 9. 2020 – název souboru „A5i_Priloha_c.2-Technicka_specifikace_cast_6-CENTRIFUGA-aktualizovano.xlsx“).

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně