

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z výběrového řízení s názvem

„Vybavení laboratoře tkáňových kultur“

Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
Název zakázky	Vybavení laboratoře tkáňových kultur
Předmět zakázky	Dodávky
Části veřejné zakázky	Část 1: Chlazená centrifuga Část 2: CO2 inkubátor
Druh zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel na základě posouzení podmínek účasti ve výběrovém řízení

ROZHODL

o vyloučení níže uvedeného účastníka z účasti ve výběrovém řízení pro část 2 veřejné zakázky:

Název společnosti:	KRD-obchodní společnost s.r.o.
Sídlo:	Praha 5 – Jinonice, Pekařská 603/12, PSČ 150 00
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	264 24 991

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka z části 2 výběrového řízení z důvodu podání nabídky nesplňující technické požadavky zadavatele.

Odůvodnění:

Zadavatel dne 14. 7. 2021 vyhlásil výběrové řízení s názvem „Vybavení laboratoře tkáňových kultur“, kde stanovil lhůtu pro podání nabídek na 2. 8. 2021 v 10:00 hodin. Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části a dodavatelé mohli podat nabídku do libovolného počtu částí. Účastník KRD-obchodní společnost s.r.o. podal nabídku pro část 2 veřejné zakázky. V technické specifikaci hodnotící komise našla u položky č. 14 „Vstupní tlak CO₂ v rozsahu 0.05 – 0.15 MPa“ odlišný údaj, který nespĺňuje požadavek zadavatele na parametr – účastník v technické specifikaci uvedl rozpětí „0.08 – 0.12 MPa“. Hodnotící komise proto prověřila tento parametr v přiložené dokumentaci pro nabízený přístroj, kterou účastník předložil v nabídce. V této dokumentaci (na straně 59 nabídky – účastník předložil všechny dokumenty v jednom PDF souboru) je uveden parametr 0,8 – 1,2 Bar, což je po přepočtení tlak 0,08 – 0,12 MPa. Z tohoto důvodu hodnotící komise doporučila zadavateli, aby účastníka vyloučil z výběrového řízení analogicky s ustanovením §48 odst. (2) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu nespĺnění požadavků zadavatele.

V Brně 23. 8. 2021

Podepsala vlastní rukou

.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

rektorka Mendelovy univerzity v Brně