



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 195

V Brně, dne 31.12.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Laboratorní nástroje a pomůcky - děleno na části“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych Vás tímto požádat o dodatečné informace k níže uvedeným položkám k zakázce uvedené v předmětu tohoto mailu.

část 1 :

uvedená cena toulce je hodně nízká, prosím o podrobnější popis.

toulec na pipety	toulec na pipety	480,00 Kč	1	480,00 Kč
------------------	------------------	-----------	---	-----------

část 3 :

prosím o bližší specifikaci k miskám níže ,barva a zda uvedený průměr je v mm a zda je miska konická nebo rovná

Miska umělohmotná	Umělohmotná ø 2 300 - 2 500	62,00 Kč	2	124,00 Kč	INOVACE AF ZF
Miska umělohmotná	Miska umělohmotná ø 2 000 mm (tolerance + 10%)	41,60 Kč	4	166,40 Kč	INOVACE AF ZF
Miska umělohmotná	miska umělohmotná ø 1 200 - 1 500 mm	16,80 Kč	15	252,00 Kč	INOVACE AF ZF

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

část 8 : jaká je přesnost této váhy ?

Přesné váhy	rozměr misky max. 150x170 mm - váživost alespoň 2 kg - displej podsvícený - síťový adapter	9 917,40 Kč	1	9 917,40 Kč	INOVACE AF ZF
-------------	---	-------------	---	-------------	---------------

část 11: není uveden objem lázně

Termostatická vodní lázeň	Vodní lázeň bez chlazení - nerezová s termoregulátorem - teplotní rozsah do 100 °C ± 0,03 °C - mikroprocesorové řízení, digitální nastavení i zobrazení teploty	33 057,13 Kč	1	33 057,13 Kč	INOVACE AF ZF
---------------------------	--	--------------	---	--------------	---------------

tato lázeň je bez specifikace, přiblížit parametry

Vodní lázeň	Vodní lázeň	13 703,00 Kč	1	13 703,00 Kč	INOVACE AF ZF
-------------	-------------	--------------	---	--------------	---------------

část 12 : není uveden objem

chladicí skříň	Dvoudveřová prosklená chladicí skříň s účinným kompresorem, ventilované chlazení, 0-10°C, snadné mechanické ovládání, systém automatického odmrazování a odpařování kondenzátu. výškově stavitelné zesílené police, vnitřní osvětlení, teploměr, výškově stavitelné nohy,	27 000,00 Kč	1	27 000,00 Kč	BioNetwork
----------------	---	--------------	---	--------------	------------

část 13: upřesnění typů (objemů) bloků

Inkubátor s blokem	Inkubátor s blokem: Provozní teplota v rozmezí alespoň 4 - 45 °C Frekvence třepání 250 - 1400 ot./min Časový spínač, teplotní stabilita 0,01°C	30 992,00 Kč	1	30 992,00 Kč	INOVACE AF ZF
--------------------	--	--------------	---	--------------	---------------

část 18:

uvést bližší popis držáku - k jaké čepelce 40,42 je to myšleno ?

držák čepelky	nerezový držák čepelky 10-15, 40, 42	1 435,40 Kč	10	14 354,00 Kč	Mendeleum-ústav genetiky-NAZV
---------------	--------------------------------------	-------------	----	--------------	-------------------------------

Odpověď:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ad část 1:

Zadavatel odkazuje na znění zadávací dokumentace vč. všech příloh.

Ad část 3:

Miska umělohmotná \varnothing 230 – 250 mm, 2ks

Misky umělohmotná \varnothing 200 mm, 4ks

Misky umělohmotná \varnothing 120 – 150 mm, 15ks

upřesnění: misky rovné, na barvě nezáleží

Ad část 8:

Přesné váhy: Rozměr misky max. 150×170 mm, váživost 2 kg, Displej podsvícený, síťový adaptér

upřesnění: přesnost 0,01 g

Ad část 11:

Vodní lázeň: 1 ks

upřesnění: Olejová lázeň s analogovým nastavením teploty od 5 ° C od okolní teploty do 200°C, s přesností +/- 1,5 °C, stabilita +/- 0,5 °C.

Vnitřní rozměry vany: max.: 17 x 17 x 15 cm, objem 2 lit.

Termostatické vodní lázně, 1ks,

upřesnění: objem lázně 20l

Ad část 12:

Chladicí skříň: 825 litrů, +/- 5 l

Ad část 13:

Inkubátor s blokem, specifikace: Provozní teplota 4 - 45 °C, Frekvence třepání 250 – 1400 ot./min, Časový spínač, teplotní stabilita 0,01°C, 1ks

upřesnění: blok pro 20x 1,5 ml zkumavky

Ad část 18:

nerezový držák čepelek 20 cm, +/-5%



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

.....
Mgr. Marek Lollok
referent veřejných zakázek