

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 195

V Brně, dne 10.1.2014

Věc: Veřejná zakázka:

„Laboratorní nástroje a pomůcky - děleno na části“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz:

Vážený pane,

chtěl bych vás požádat o dodatečné informace k veřejné zakázce: „Laboratorní nástroje a pomůcky – děleno na části.“

1. Část 1

Uvedená cena položky Automatická pipeta elektromotorická je příliš nízká. Stanovené technické požadavky a cena 1652,76 Kč nelze reálně sloučit. Prosím o vysvětlení, případně změnu ceny.

2. Část 1

Prosím o bližší specifikaci položky Pipetman.

3. Část 10

Prosím o bližší specifikaci položky Laboratorní odstředivka, není zde uveden rozsah nastavení otáček a maximální kapacita či počet zkumavek.

4. Část 10

Prosím o bližší specifikaci položky Magnetická míchačka, specifikovat požadované parametry.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5. Část 13

U položky Inkubátor s blokem požadujete frekvenci třepání 250 – 1400 ot/min a teplotní stabilitu 0,01°C

Bylo by možné nabídnout v rámci zpřístupnění více zájemců o tuto zakázku, inkubátor s frekvencí třepání 300 – 1500 ot/min a teplotní stabilitou 0,5°C. U typu těchto přístrojů nenabízí žádný výrobce na trhu teplotní stabilitu 0,01°C.

Děkuji za odpověď a zůstávám s pozdravem

Odpověď:

Ad Část 1

Zadavatel v souladu se zákonem 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zrušil část 1 veřejné zakázky. Zadavatel odkazuje na Rozhodnutí zadavatele o zrušení části veřejné zakázky „Laboratorní nástroje a pomůcky - děleno na části“ publikované na profilu zadavatele.

Ad část 10

Laboratorní odstředivka: rychlost (ot/min)- 6000, max. kapacita - 8x15 mm

Magnetická míchačka: otáčky 1,400 l/min, přesnost 2%, topný výkon 800 W, rozsah teploty desky 20-300 °C, přesnost teploty 5 K, pracovní plocha sklokeramická

Ad část 13

Upřesnění: inkubátor s frekvencí třepání 300 – 1500 ot/min a teplotní stabilitou 0,5°C

Sdělení zadavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel změnil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky poskytnutím dodatečné informace v době, kdy zadavatel již obdržel nabídku některého uchazeče, vyzývá tímto zadavatel takové uchazeče, aby v případě zájmu o podání nové nabídky, požádali o vzetí zpět a vrácení již podané nabídky.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.1.2014 do 10.00. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek – 22.1.2014 v 10.00 hodin, a to v sídle zadavatele - konkrétně v areálu Mendelovy univerzity v Brně, v 1.NP budovy E (Oddělení veřejných zakázek, číslo dveří 2020).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

.....
Mgr. Marek Lollok
referent veřejných zakázek