

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Martina Katonová/+420 545 135 257

V Brně dne 13. 4. 2023

Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka zařízení s regulací teploty a relativní vlhkosti vzduchu – rozděleno na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 12. 4. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 9 (k části 1 veřejné zakázky)

zadavatel v požadovaných technických parametrech uvádí : "řídící jednotka musí umožňovat: nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO2, O2, tlaku."

Standardně dodávaný regulátor TwinDisplay ke klimakomoře HPPeco umožňuje nastavení teploty, času a vlhkosti. Nikoliv však pozici klapky, koncentraci CO2, O2 ani tlaku.

Žádáme o upřesnění, zda postačují funkce uvedené pro regulátor TwinDisplay, kterým jsou klimakomory HPPeco standardně osazeny.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na svém požadavku, uvedeném v příloze č. 1a (Technická specifikace pro část 1), konkrétně v bodu 14. Požaduje tedy, aby řídící jednotka umožňovala nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO2, O2, tlaku.

Pokud řídící jednotka neumožňuje pozici klapky, koncentraci CO2, O2 ani tlaku, nevyhovuje nabízený regulátor požadované technické specifikaci zadavatele.

.....

Mgr. Martina Katonová
administrátorka veřejných zakázek
na základě plné moci