

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková /+ 420 545 135 167 V Brně dne 12. 6. 2023

Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka zařízení stolní parní autokláv, tlakový osmometr a univerzální mlýnek – rozděleno na části – část 3 – Univerzální mlýnek“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 12. 6. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„chtěl bych požádat o vysvětlení technických požadavků u třetí částí (Mlýnu), kde uvádíte tvrdost do 10 Mohs. Požadujete možnost mletí v celé škále tvrdosti a tedy i diamantů například nebo postačuje 9 Mohs s jiným druhem nože.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že požaduje tvrdost vzorku do 9 Mohs a na základě dotazu č. 1 tedy provedl opravu přílohy č. 1c – Technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení rozhodl o vydání aktualizované přílohy zadávací dokumentace č. 1c – Technická specifikace pro část 3 zakázky. **Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované přílohy vycházet.**

III.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do **26. 6. 2023 v 09:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1c – aktualizovaná technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky

Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci