

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 14. 05. 2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Univerzální zkušební stroj“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 13. 05. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Systém musí obsahovat kontextově citlivou nápovědu a referenční systém s horkými odkazy.
Co znamená referenční systém s horkými odkazy?“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Téma kontextové nápovědy poskytuje informace o uživatelském rozhraní aplikace související s úlohou, kterou uživatel provádí. Je to velmi běžná vlastnost jakéhokoli moderního softwaru. Klepnutím na tlačítko Nápověda získáte informace nápovědy k bodu nabídky, který je aktuálně otevřený.

Dotaz č. 2:

„Vyrovnání zátěžového rámu
Co je tím myšleno?“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Dodavatel musí na místě provést ověření vyrovnání v souladu s ASTM E1012.

Dotaz č. 3:

„USB Kamera - má sloužit pouze pro nahrávání videa průběhu zkoušky anebo sloužit jako optický průtahoměr pro měření prodloužení, deformaci vzorku?“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Slouží pouze pro videozáznam testu. Ne pro měření napětí.

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024