

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Mgr. Barbora Hnaníčková / 545 135 251

V Brně, dne 16. 5. 2014

Věc: Veřejná zakázka:**„Dodávka – Autokláv stolní 2 ks“****Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vnesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1

Dotaz pro Autokláv č. 1:

Autokláv pro vaše popsané programy může být buď zdravotnický (dle 9342/EC) se zabudovanou vakuovou pumpou a vyvíječem páry, avšak ne příliš vhodný pro sterilizaci roztoků, jelikož nemá aktivní chlazení a flexibilní čidlo pro referenční roztok. Nebo můžete použít laboratorní autokláv se zabudovanou vakuovou pumpou a vyvíječem páry, který má i flexibilní čidlo pro roztoky a je možné automaticky dochlazovat připojením autoklávu k vodovodní vodě nebo nepřipojovat a nechat samovolně dochladnout. Aby se zabránilo vzkypění roztoků při otevření dveří, je nutná informace o teplotě média z referenčního roztoku. Požadujete autokláv certifikovaný jako zdravotnický prostředek dle 93/42/EC nebo autokláv pro laboratorní použití požadovaných parametrů?

Odpověď č. 1

Odpověď pro Autokláv č. 1

Zadavatel upravuje zadávací podmínky u veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku Autokláv stolní 2ks následovně: zadavatel požaduje laboratorní autokláv pro sterilizaci především roztoků a ostatního materiálu, není nutná certifikace pro zdravotnické prostředky dle 93/42/EC.

Veškeré další požadavky, stejně jako nejvýše přípustná cena za veřejnou zakázku zůstávají beze změn.

Dotaz č. 2

Dotaz pro Autokláv č. 1:

Požadujete autokláv bez žádných přípojek (kromě el. přípojky) a přitom požadujete aktivní dochlazování, čím má být tedy autokláv chlazen?

Odpověď č. 2

Odpověď pro Autokláv č. 1

Zadavatel upravuje zadávací podmínky u veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku Autokláv stolní 2ks následovně: na aktivním dochlazování zadavatel trvá, cit.: **1 ks - Autokláv stolní**, s následujícími vlastnostmi: stolní parní sterilizátor s horizontální komorou, bez nutnosti připojení na externí medium – přívod vody a odpad (s výjimkou elektrické energie) **nově zadavatel požaduje připojení na externí přívod vody a odpad**. Veškeré další požadavky, stejně jako nejvýše přípustná cena za celou veřejnou zakázku zůstávají beze změn.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dotaz č. 3

Dotaz pro autokláv č. 1

Pokud má mít autokláv vlastní vyvíječ páry, musí být připojen na odpad a kohoutkovou vodu pro chlazení kondenzátu, opravdu trváte na autoklávu bez žádných přípojek?

Odpověď č. 3:

Odpověď pro Autokláv č. 1

Zadavatel upravuje zadávací podmínky u veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku Autokláv stolní 2ks následovně, cit.: **1 ks - Autokláv stolní**, s následujícími vlastnostmi: stolní parní sterilizátor s horizontální komorou, bez nutnosti připojení na externí medium – přívod vody a odpad, **nově zadavatel požaduje připojení na externí medium - přívod vody a odpad**. Veškeré další požadavky, stejně jako nejvýše přípustná cena za celou veřejnou zakázku zůstávají beze změn.

Dotaz č. 4

Dotaz pro Autokláv č. 1

Blokování dveří tak, jak požadujete, norma pro tlakové nádoby vyžaduje od větších objemů kotlin, u malých autoklávů normě vyhovuje elektrická blokace dveří. Opravdu trváte na dvojitě blokaci např. elektrické a pneumatické?

Odpověď č. 4

Odpověď pro Autokláv č. 1

Zadavatel trvá na systému blokací dveří uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5

Dotaz pro oba Autoklávy

Požadujete u obou autoklávů Technickou průvodní dokumentaci (dříve pasport), která zahrnuje Deklaraci dle tlakové direktivy, Deklaraci dle elektro norem a norem o sterilizaci, doklad o tlakové zkoušce, certifikáty k pojišťovacímu ventilu a základní nákres/náčrt tlakové nádoby včetně seznamu použitých materiálů kotliny, nebo jen instalaci a legislativní požadavky si budete řešit sami?

Odpověď č. 5

Odpověď pro oba Autoklávy

Zadavatel upravuje zadávací podmínky u veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku Autokláv stolní 2ks následovně: zadavatel požaduje Technickou průvodní dokumentaci (dříve pasport).

Veškeré další požadavky, stejně jako nejvýše přípustná cena za veřejnou zakázku zůstávají beze změn.

Sdělení zadavatele č. 1

Zadavatel vzhledem k další instalaci autoklávu č. 1 (Autokláv s horizontální komorou) kvůli napojení na přípojku vody a odpadu nově požaduje jeho maximální vnější rozměry: šířka maximálně do 80 cm, výška maximálně do 95 cm a hloubka maximálně do 120 cm.

Sdělení zadavatele č. 2

Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 6. 2014 do 10.00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně