

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 01. 10. 2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Sestava FTIR spektrometru“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 01. 10. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,
zasíláme Vám žádost o dodatečné informace k Příloze č. 1 - Technické specifikaci zakázky:

1) Text v Technické specifikaci, kde požadujete: nástavce pro analýzu pevných i kapalných vzorků ve střední infračervené oblasti s automatickou rekognoskací a nastavováním metody.

Dotaz 1: Vzhledem k široké škále možného měřicího příslušenství prosíme o bližší specifikaci všech nástavců, které požadujete pro analýzu pevných i kapalných vzorků ve střední infračervené oblasti.

2) V Technické specifikaci je uveden měřicí rozsah, rozlišení, popis zdroje záření, děliče paprsků, laseru, ale není nijak specifikovaný detektor a interferometr.

Dotaz 2: Protože se jedná o zcela obecnou charakterizaci, kterou je možné splnit několika různými způsoby, chtěli bychom vás požádat, zda byste mohli podrobněji definovat vaše požadavky, zejména na typ detektoru a interferometru.

Děkujeme.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel zveřejnil na svém profilu revidovanou Přílohu č. 1 – Technická specifikace (viz Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel zveřejnil na svém profilu revidovanou Přílohu č. 1 – Technická specifikace (viz Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024