

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 31. 10. 2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Přístroj pro elementární analýzu“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení).

Dne 30. 10. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Má dodávka obsahovat také redukční ventily pro napojení všech potřebných plynů?“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Redukční ventily nebyly požadovány v rámci Přílohy č. 1 – Technická specifikace, tudíž nejsou součástí výběrového řízení.

Dotaz č. 2:

„Je možné dodat přístroj, který řeší spotřebu kyslíku pro kompletní spálení vzorku obdobným způsobem, jako v Příloze 1 uvedená položka „Automatický výpočet optimálního nátoky kyslíku pro efektivní spalování, tzv. funkce Oxytune“, a to pomocí dávkování kyslíku přímo do místa oxidace a regulace jeho průtoku pomocí řídicího sw?“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Z důvodu ověřeného optimálního nátoky kyslíku zadavatel trvá na uvedeném řešení.

Dotaz č. 3:

„Je možné v dodaném přístroji zajistit stanovení stopových prvků síry pomocí IR detektoru s větší citlivostí, než má uvedený FPD detektor (5 – 10 ppm)?“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

S ohledem na robustní, reprodukovatelnou a selektivní detekci SO₂ při analýze našich vzorků a dále na možnost kvalitativního i kvantitativního porovnání dřívějších výsledků a přenositelnosti jednotlivých aplikací trvá zadavatel na vybavení přístroje plamenově fotometrickým detektorem (FPD).

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024