

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 20. 11. 2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Impedanční trubice“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dne 19. 11. 2024 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„V zadání veřejné zakázky specifikované výše je uveden požadavek na dodání mikrofonů pro impedanční trubici, které budou měřit ve frekvenčním rozsahu 20 Hz – 20 kHz. Požadavek na frekvenční rozsah impedanční trubice je však pouze 50 Hz – 6 kHz.

Je možné nabídnout mikrofony s frekvenčním rozsahem adekvátním k požadavkům na impedanční trubici? Děkuji.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Požadovaný rozsah mikrofonu i mikrofonního předzesilovače byl zvolen podle specifikací běžně používaných měřicích mikrofonů (20-20 000 Hz), ale vzhledem k požadovanému frekvenčnímu rozsahu trubice lze dodat mikrofony a mikrofonní předzesilovače s rozsahem alespoň stejným jako u trubice, tedy minimálně s rozsahem 50 Hz - 6 kHz.

Zadavatel zveřejnil na svém profilu revidovanou Přílohu č. 1 – Technická specifikace (viz Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024