

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 02. 06. 2025

Věc: Veřejná zakázka:

„Dokumentační a vyhodnocovací systém“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení).

Dne 30. 05. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má Rozšířený dynamický rozsah (režim EDR): až 16 bitů?“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení účastníka. Požadovaný dynamický rozsah je klíčovým parametrem pro snímání a následnou analýzu fluorescenčních a chemiluminiscenčních signálů.

Dotaz č. 2:

„Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má Rozlišení digitální kamery: minimálně 6,3 megapixelů?“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení účastníka. Požadované rozlišení kamery je klíčový parametr pro snímání a následnou analýzu fluorescenčních a chemiluminiscenčních signálů.

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024