

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 06. 06. 2025

Věc: Veřejná zakázka:

„Dokumentační a vyhodnocovací systém“

Název a reg. č. projektu: Operační program Jan Amos Komenský: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení).

Dne 05. 06. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dne 29.5.2025 byla zveřejněna na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dokumentační a vyhodnocovací systém“ Systémové číslo: P25V00000262, Spisová značka: UM/7091/2025.

Zadavatel ve své technické specifikaci požaduje „*Ostření: automatické*“. To sice zjednodušuje práci, ale neumožní získat ideálně ostrý snímek v případě, že zaznamenávaný objekt nemá ideální tvar. Z tohoto důvodu je výhodnější manuální ostření, kdy uživatel má dokonalou kontrolu nad zaostřením systému tak aby umožnil zobrazit požadované detaily i např. pomocí několikanásobné expozice zaostřené do různých rovin ostrosti.

DOTAZ: Budete zadavatel u dokumentačního systému akceptovat manuální ostření, které umožňuje (oproti automatickému režimu) přesnou kontrolu zaostření ??“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel nebude akceptovat navrhané řešení účastníka. Automatické ostření je nutné z pohledu některých typů analýz.

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024