

Všem dodavatelům

V Brně dne 14. 7. 2025

3D skener

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem potenciálním dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 14. 7. 2025 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://zakazky.mendelu.cz/>, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazem v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, v technické specifikaci požadujete: Standard bezpečnosti práce ve vztahu ke zraku obsluhy - alespoň třída I - bezpečné pro oči.

Má se jednat o třídu bezpečnosti laseru? Domníváme se, že na trhu momentálně není dostupný 3D skener s modrým laserem, který by splňoval požadavky třídy I. A splňoval i ostatní požadavky z výběrového řízení. Naopak většina jich je ve třídě II. Výroba 3D skeneru Shining3D HX, u kterého výrobce udává třídu bezpečnosti I byla ukončena a nástupnický model je již ve třídě II.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu sděluje, že na profilu zadavatele byla uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 1 (Příloha č. 1 – Technická specifikace_skener_aktualizace“).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.

.....
Mgr. Jan Lízal
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022