

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 22. 07. 2025

Věc: Veřejná zakázka:

„Přístroje pro detekci a kvantifikaci patogenů pomocí molekulárních markerů“

Název a reg. č. projektu: Operační program Jan Amos Komenský: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení).

Dne 18. 07. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

rád bych se zeptal, jestli u položky 4 - Inkubátor biologický chlazený opravdu požadujete nejnižší teplotu 4°C? Je možné nabídnout variantu, která splňuje všechny požadavky, ale nejnižší teplotu umožňuje 8°C?“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení účastníka a zveřejnil na svém profilu revidovanou technickou specifikaci (viz Příloha č. 1 – Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

Dne 21. 07. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

„Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k položkám specifikovaným níže:

Položka č.3

Zadavatel požaduje denní osvit prostřednictvím LED světla. Bude zadavatel akceptovat i nabídnutý PCR box s osvětlením LTD (tj. se zářivkami)?

Položka č.4

Zadavatel požaduje kapacitu min. 170 litrů. Bude zadavatel akceptovat inkubátor s označení „170“, který však udává objem min. 163 litrů?

Položka č.5

Zadavatel udává požadované rozměry pracovní plochy (š x h x v) 1200 x 620 x 710 mm. Bude zadavatel akceptovat laminární box s vnitřními rozměry (š x h x v) 1192 x 580 x 740 mm?“

Dotaz č. 2:

„Položka č.3

Zadavatel požaduje denní osvit prostřednictvím LED světla. Bude zadavatel akceptovat i nabídnutý PCR box s osvětlením LTD (tj. se zářivkami)?“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení účastníka a zveřejnil na svém profilu revidovanou technickou specifikaci (viz Příloha č. 1 – Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

Dotaz č. 3:

„Položka č.4

Zadavatel požaduje kapacitu min. 170 litrů. Bude zadavatel akceptovat inkubátor s označení „170“, který však udává objem min. 163 litrů?“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení účastníka a zveřejnil na svém profilu revidovanou technickou specifikaci (viz Příloha č. 1 – Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

Dotaz č. 4:

„Položka č.5

Zadavatel udává požadované rozměry pracovní plochy (š x h x v) 1200 x 620 x 710 mm. Bude zadavatel akceptovat laminární box s vnitřními rozměry (š x h x v) 1192 x 580 x 740 mm?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení účastníka a zveřejnil na svém profilu revidovanou technickou specifikaci (viz Příloha č. 1 – Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1).

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 1

.....
PhDr. Antónia Polášek
na základě plné moci ze dne 27. 2. 2024