

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel. Mgr. Jan Lízal /+420 545 135 253

V Brně dne 29. 7. 2025

Veřejná zakázka „HPLC analyzátor“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata; číslování dotazů navazuje na předchozí vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel ve dnech 24. a 25. 7. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazy v tomto znění:

Dotaz č. 9:

„Dobrý den,

Budete akceptovat termostatování vzorků v autosampleru, které je řešeno technologicky jiným způsobem než peltierovými články?

Obdobné technologické řešení umožňuje standardní termostatování vzorků v rozsahu 4-40°C stejně jako termostatování na principu peltierových článků.

Děkuju“

Dotaz č. 10:

„Vážený zadavateli,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace – viz dotaz níže:

V původní technické specifikaci jste u autosampleru požadovali "termostatování vzorků" bez uvedení specifického rozsahu a bez uvedení technického řešení tohoto termostatování.

Dodatečným dotazem a následnou odpovědí, že požadujete konkrétní technologii termostatování vzorků na principu peltierových článků, se dle našeho názoru výrazně sníží potenciální počet případných uchazečů. Způsob termostatování vzorků v autosampleru nemá žádný vliv na kvalitu výstupních dat z kapalinového chromatografu.

Budete dle § 90 a § 91 ZZVZ akceptovat použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení?

Velice děkujeme a jsme s pozdravem.“

Odpověď zadavatele na dotazy č. 9 a 10

Oba dotazy se týkají bodu 14. Technické specifikace předmětu plnění, kde bylo požadováno: „termostatování vzorků“.

V reakci na dotaz č. 5 (viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2) bylo zadavatelem mj. uvedeno „Je požadována možnost chlazení i vyhřívání vzorků na principu peltierových článků.“, a tudíž bylo možné dovodit, že zadavatel doplňuje požadavek bodu 14. Technické specifikace předmětu plnění o konkrétní technologii. Toto však úmyslem zadavatele nebylo, tj. není požadována konkrétní technologie termostatování vzorků.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Na základě výše uvedeného zadavatel bod 14. Technické specifikace předmětu plnění upřesňuje takto:
„termostatování vzorků – je požadován bezúdržbový typ termostatu“.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele.

.....
Mgr. Jan Lízal
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022



Spolufinancováno
Evropskou unií

