

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně, dne 31. 07. 2025

Věc: Veřejná zakázka:

„Přístroje pro detekci a kvantifikaci patogenů pomocí molekulárních markerů“

Název a reg. č. projektu: Operační program Jan Amos Komenský: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení).

Dne 29. 07. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

níže naleznete dotaz k zadávací dokumentaci.

Dotaz k položce č. 2

Bude zákazník akceptovat přístroj, na kterém lze nastavit časovač v rozmezí 0-5 min, přičemž tyto cykly se dají opakovat? Domníváme se, že by tento parametr měl být dostačující vzhledem k tomu, že typická doba pro narušení buňky je 2–3 minuty. S každou minutou homogenizace totiž stoupá teplota zpracovávaného vzorku.

Předem děkuji

S pozdravem“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel bude akceptovat přístroj, na kterém lze nastavit časovač v rozmezí 0 – 5 min, přičemž tyto cykly bude možné opakovat a zveřejnil na svém profilu revidovanou technickou specifikaci (viz Příloha č. 1 – Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 2).

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Přílohy tohoto vysvětlení

- 1) Příloha č. 1 - Technická specifikace_REVIZE DLE VZD č. 2

.....
Bc. Veronika Řezníková
na základě plné moci ze dne 29. 07. 2024