

**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

V Brně, dne 06. 08. 2025

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Přístroje pro detekci a kvantifikaci patogenů pomocí molekulárních markerů“**

**Název a reg. č. projektu:** Operační program Jan Amos Komenský: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23\_023/0009082

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

---

Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“), poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení).

Dne 04. 08. 2025 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz č. 1:**

„Dobrý den,

posílám dotazy k položce 2 a 4 VZ:

1. Bude u homogenizátoru akceptováno nastavení časovače od 1 min?“

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Zadavatel bude akceptovat nastavení časovače od 1 min a zveřejnil na svém profilu revidovanou technickou specifikaci (viz Příloha č. 1 – Technická specifikace\_REVIZE DLE VZD č. 3).

**Dotaz č. 2:**

„2. Jak přesně je prosím myšlen bod 32 "Nejméně 3 police s elektrickými zásuvkami zabudovanými uvnitř termostatu?" Je tím myšleno umístění vždy 1 zásuvky k dané polici?

Předem děkuji za odpověď.“

**K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:**

Zásuvky nemusí být spojeny s počtem polic nebo umístěny přímo na polici. Mohou být umístěny např. v boční nebo zadní stěně kultivačního boxu.

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek o celou původní délku (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

**Přílohy tohoto vysvětlení**

- 1) Příloha č. 1 - Technická specifikace\_REVIZE DLE VZD č. 3

.....  
Bc. Veronika Řezníková  
na základě plné moci ze dne 06. 08. 2024



Spolufinancováno  
Evropskou unií

