

Specifikace k dodávce spotřebního materiálu pro plynovou a kapalinovou chromatografii:

- | | |
|---|----|
| 1) Dvoustupňový redukční ventil C 200/2, mosaz, 1-10.5 bar | 4x |
| 2) GC kolona HP-INNOWax, 60 m délka kolony, 0.25 mm vnitřní průměr kolony, 0.25 um tloušťka filmu, ¹⁾ | 1x |
| 3) GC kolona DB-1 MS, 60 m délka kolony, 0.25 mm vnitřní průměr kolony, 0.25 um tloušťka filmu, ¹⁾ | 1x |
| 4) HPLC kolona Poroshell 120, EC-C18, 3.0 mm vnitřní průměr kolony, 150 mm délka kolony, 2.7 um velikost částic, ¹⁾ | 1x |
| 5) HPLC předkolona Poroshell 120, UHPLC Guard, EC-C18, 3.0 mm, 3 pk, ¹⁾ | 1x |
| 6) Liner O-Rings , Non-Stick Fluorocarbon, 10 pk | 2x |
| 7) Split Liners , Single Taper, Glass Wool, Deactivated, 5 pk | 1x |
| 8) Splitless Liners , Single Taper, Glass Wool, Deactivated, 5 pk | 1x |
| 9) Non-Stick BTO Septa , 11 mm, 50 pk | 1x |
| 10) Syringe , 10 ul FN 23/42/HP, 6 pk | 1x |

¹⁾ - Zadavatel umožňuje obdobné plnění splňující požadavky zadání při zachování stejných nebo lepších separačních vlastností předmětné kolony.