

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 15.09.2014

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Dodávka spotřebního materiálu a zařízení pro chromatografii – rozděleno na části 1 – 4“  
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)**

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni a dodavatelům, kteří si vyzvedli výzvu s přílohami v rámci systému E-ZAK, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

**Dotaz č. 1**

Dobrý den,  
k veřejné zakázce „**Dodávka spotřebního materiálu a zařízení pro chromatografii**“ prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

**Část 1, položka 2, kolona Msieve5A** – požadujete film 0.50um, ale u takových kolon je běžný film 50um. Není to překlep ?

**Část 1, položka 4, stříkačka 5um**, - požadujete dodat stříkačku + náhradní jehly nebo jen náhradní jehly ke stávající stříkačce? Z textu to jasně nevyplývá. Pokud jen náhradní jehly, specifikujte přesně stříkačku (včetně výrobce a serie), ke které to má být. Jehly jednotlivých výrobců nejsou zaměnitelné.

**Část 4, položka 1, trubička do plynového chromatografu** – číslo 5183-4667 neexistuje. Není to překlep, nemá to být jiné číslo ?

Kontaktujte nás, budete-li potřebovat další doplňující informace.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Odpověď č. 1

K dotazu k části 1, položka 2, kolona Msieve5A – ano, došlo zde omylem k překlepu, správná hodnota je „film 50um“.

K dotazu k části 1, položka 4, stříkačka 5um – ano, zadavatel požaduje dodat stříkačku a sadu jehel, tzn. dodávka obsahuje stříkačku a k ní příslušné jehly.

K dotazu k části 4, položka 1, trubička do plynového chromatografu – správné číslo je **5183-4647**.

### Dotaz č. 2

Dobrý den,


rádi bychom se zeptali, zda je možné v částech 2 a 3 se účastnit řízení s nabídkou kolony odlišného výrobce/značky, než je uvedená, tj. místo kolony Rezex nabídnout kolonu od výrobce Agilent Technologies?

Pokud ano, můžeme nabídnout kolonu s rozměry 300 x 7,7mm?

### Odpověď č. 2

K části 2 - Zadavatel požaduje zcela naplnit danou specifikaci spotřebního materiálu dané položky této části, kdy vzhledem ke stanoveným procesům v rámci daného projektu není možné provádět různé nové vzorové analýzy k potvrzení shodnosti dodávané kolony jiným výrobcem, mj. i z časového hlediska.

K části 3 - zadavatel připouští dodání od jiného výrobce, avšak pokud bude prokazatelné dělení směsi metanol a ethanol (resp. možnost separace směsi methanolu a ethanolu) a cukrů naprosto shodné s technikou v chromatografické koloně Rezex ROA-Organic Acid.

  
.....  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  
rektor

