



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Mgr. Kateřina Němcová / 545 135 182

V Brně, dne 28.03.2013

Veřejná zakázka:

„Dodávka bioanalyzátorů a příslušenství“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v technické specifikaci pro Analyzátor na bázi čipových technologií je uvedeno, že zadavatel požaduje systém v rozsahu:

- analýza DNA: analýza genové exprese, analýza PCR produktů, restriction digest analýza, GMO detekce,
- analýza RNA: analýza kvality celkové izolované RNA, analýza mRNA, vzorků značených Cy5, T7-RNA transkriptů,
- analýza proteinů: proteinová exprese, purifikace, analýza protilátek,
- analýza buněk: transfekce, apoptóza, gene silencing.

Bude vyloučena z výběrového řízení firma, která dodá zařízení pouze pro analýzu DNA,



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

RNA a proteinů, bez možnosti rozšíření systému pro analýzu buněk?

Odpověď č.1

Zadavatel se rozhodl změnit zadávací dokumentaci, resp. Přílohu_č_2_Technická specifikace_571-Mendeleum, v tom smyslu, že na analýze buněk netrvá a tento požadavek je z textu přílohy odstraněn.

Uchazeč, který nabídne systém bez možnosti rozšíření systému pro analýzu buněk, nebude tedy jen pro tento fakt z účasti na zadávacím řízení vyřazen.

Upravená Příloha_č_2_Technická specifikace_571-Mendeleum je nedílnou součástí této dodatečné informace.

S ohledem na podstatnou změnu zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 10.04.2013 do 10:00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční dne 10.04.2013 v 10:15 hodin na adrese: Mendelova univerzita v Brně, Odbor vědy a výzkumu Mendelu, Zemědělská 5, 613 00 Brno, 1.NP budovy E č.d. 2020.

.....
Mgr. Kateřina Němcová
Referent veřejných zakázek