

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Miroslav Haman / 545 135 252

V Brně, dne 12.11.2014

Věc: Veřejná zakázka:

„Rámcová smlouva na dodávku spotřebních laboratorních materiálů – rozděleno na části 1 - 6“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1

V část 4 uvádíte:

| | | |
|-----------------------------|--|-----|
| Deska mikrotitracni 1536 | materiál: polypropylen počet jamek: 1536 tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: xxx, Vlastnosti: xxx, kompatibilita: LightCycler®480 | 100 |
|-----------------------------|--|-----|

Destičky s 1536 jamkami nejsou kompatibilní s přístrojem LightCycler®480. Požadujete destičky s 1536 jamkami pro jiný přístroj nebo destičky pro LightCycler®480 s jiným počtem jamek?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem LightCycler®480. Počet jamek je chybně uveden, správně má být 384. Zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č.4.

1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dotaz č. 2

| | | |
|----------------------------|--|-----|
| PCR destička 1536 jamek | materiál: PP, počet jamek: 1536 , použití: PCR aplikace, Vlastnosti: Maximální tepelná vodivost pro přesné tepelné cyklování | 100 |
|----------------------------|--|-----|

Mohli byste specifikovat přístroj, se kterým mají být destičky kompatibilní?

Odpověď č. 2

Destičky mají být kompatibilní s přístrojem TECAN M 1000.

Dotaz č. 3

V části 5 uvádíte:

| | | |
|---------------|---|------|
| Petriho miska | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní , Průměr: 55 mm Výška: xxx Využití: Kultivace mikroorganismů na pevných živných půdách | 3000 |
|---------------|---|------|

Je možné nabídnout misky s průměrem 60 mm?

Odpověď č. 3

Záměna není možná, zadavatel trvá na uvedeném rozměru.

Dotaz č. 4

Chtěl bych se zeptat k části 5, v řádku 5 uvádíte:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

| | |
|---|--|
| petriho miska s popisovatelným proužkem | materiál:PS Počet oddílů: nedělená Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, cytotoxicity tested, USP Class VI Test, velikost: plocha 25 cm ² Výška: xxx Využití: pro tkáňové kultury - suspenzní živočišné buňky |
|---|--|

Uvedeny popis se hodí spíše na kultivační láhev, neměla to být kultivační láhev?

Odpověď č. 4


Uvedený popis je chybný. Správně je popis takto:

| | | |
|---|--|-----|
| petriho miska s popisovatelným proužkem | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní Průměr: 100 mm Výška: xxx Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk | 200 |
|---|--|-----|

Zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č.5

Sdělení zadavatele č.1

Zadavatel vzhledem k, výše uvedeným, dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **25.11.2014 do 10.00 hodin**. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

