



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 19.11.2014

Věc: Veřejná zakázka:

„Dodávka materiálu pro chromatografii – děleno na části 1 – 4“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni a dodavatelům, kteří si vyzvedli výzvu s přílohami v rámci systému E-ZAK, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1 k části 1

- k položce „Kolona GC Plot“

V požadavku je uvedena požadovaná tloušťka filmu 40 μ m. U PLOT kolon se uvádí střední tloušťka vrstvy polymeru. Proto máme dotaz, vyhovuje-li pro danou položku střední tloušťka vrstvy polymeru 20 μ m?

Odpověď č. 1

Ano, z technického pohledu tloušťku 20 μ m lze pro námi uvažované použití stále považovat za kompatibilní s tloušťkou filmu 40 μ m.

Zadavatel sděluje, že je možné dodat kolonu GC Plot se střední tloušťkou vrstvy polymeru 20 μ m.

Dotaz č. 2 k části 1

k položce „Kolona GC Plot“

Dobrý den,

v technické dokumentaci část 1 poptáváte kolonu GC Plot kompatibilní s kolonou HP Plot-Q s parametry: délka 30 m, ID 0,32 mm a film 40 μ m. Není v zadání překlep (např. v tloušťce filmu)? Kolony HP-PLOT Q se totiž standardně vyrábějí buď o průměru 0,32 a filmu 20 μ m, nebo o průměru 0,53



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

a filmu 40u (viz příložená strana z katalogu, soubor PDF). Tenší kapilára s tlustším filmem by se musela vyrobit na zakázku.

Odpověď č. 2

Jedná se o shodný dotaz s dotazem č. 1 – zadavatel sděluje, že je předmětem dodávky je kolona GC Plot, ID 0,32 mm se střední tloušťkou vrstvy polymeru 20µm.

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

