



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 24.11.2014

### Věc: Veřejná zakázka:

„Dodávka materiálu pro chromatografii – děleno na části 1 – 4“

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)**

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni a dodavatelům, kteří si vyzvedli výzvu s přílohami v rámci systému E-ZAK, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

### Dotaz č. 3 - k části 3

Dobrý den,

v technické dokumentaci části 3 poptáváte plynotěsnou skleněnou stříkačku o objemu 5 ml s ventilem pro uzavření (tzv. Lock syringe) a s vyměnitelnou jehlou o velikosti 22 gauge. Bylo by možné nabídnout jehlu o velikosti 23 gauge? Obrázek i popis nabízeného produktu je v PDF příloze (výsek z katalogu).

### Odpověď č. 3

Zadavatel připouští dodávku obou velikostí jehly, tzn. velikost 22 gauge i velikosti 23 gauge.

### Dotaz č. 4 - k části 1 a 3

Část 1

Kolona GC Plot: Kolona Plot-Q s ID 0,32 mm a filmem 40 um se nevyrábí. Může být dodána kolona s filmem 10 um nebo 20 um a ID 0,32 mm?

Část 3

Kolona GC plyny: Kolona Plot-Q s ID 0,32 mm a filmem 40 um se nevyrábí. Může být dodána kolona s filmem 10 um nebo 20 um a ID 0,32 mm?



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Stříkačka 5 ventil: K této stříkačce bych Vás poprosila o doplňující informace: Stříkačka je na jaký typ autosampleru nebo je manuální? Jaká je délka jehly? Objem stříkačky je 5 ml? Jaké je zakončení jehly?

### **Odpověď č. 4**

K dotazu týkající se části 1 - položka Kolona GC Plot a části 3 – položka Kolona GC plyny

Jedná se o shodný dotaz s dotazem č. 1 a 2 – zadavatel sděluje, že akceptovatelná je tloušťka filmu v rozmezí 20 až 40 mikrometrů. Požadovaný ID musí zůstat zachován.

K dotazu týkající se části 3 položka - Stříkačka 5 ventil

Skleněná stříkačka plynotěsná, pro měření a dávkování objemu plynu, s ventilem pro uzavření (tzv. Lock syringe) objem 5,0 ml, jehla vyměnitelná, velikost jehly 22 ga, pst 2, pro manuální dávkování. Délka jehly nebyla vzhledem k manuálnímu použití zadána.

  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.  
rektor  
-3-