
2. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBAVENÍ LABORATOŘE MODIFIKACÍ DŘEVA 2 VAKUOVÁ SUŠÁRNA

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo	Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČO	62156489
Zastoupena	doc. Ing. Radomírem Klvačem, Ph.D., děkanem Lesnické a dřevařské fakulty

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky	Předmětem zakázky je dodávka Vakuové sušárny. Předmět zakázky je blíže určen v přílohách tohoto dokumentu.
Systémové číslo zakázky	P14V00000530
URL zakázky	https://zakazky.mendelu.cz/vz00001250

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Dotaz č.1 – Počet polic

Ze specifikace uvedené v příloze kupní smlouvy nevyplývá, jaký počet polic zadavatel požaduje v dodávce vakuové sušárny?

Součástí standardní dodávky vakuové sušárny o min. objemu 22 l je 1 police, přičemž maximální možný počet polic je 3. Žádám Vás tedy o upřesnění, kolik polic bude zadavatel požadovat jako součást dodávky.

Pokud bude chtít zadavatel využít maximální možný počet polic ve vakuové sušárně (3 police), je nutné u výrobce spolu s vakuovou sušárnou objednat tzv. prémium modul, který dotačně již nelze přibjedenat.

1. Dodatečná informace

Zadavatel požaduje alespoň 2 police.

2. Žádost o dodatečnou informaci

Dotaz č.2 – Vakuová vývěva

Disponuje zadavatel vhodnou vakuovou vývěvou, nebo požaduje, aby byla součástí dodávky vakuové sušárny také vývěva?

2. Dodatečná informace

Zadavatel nepožaduje, aby vakuová vývěva byla součástí dodávky.

3. Žádost o dodatečnou informaci

Jak bude zadavatel v případě nesplnění předpokládané hodnoty zakázky posuzovat tuto nabídku? Bude tato nabídka vyloučena?

3. Dodatečná informace

Důvodem pro vyloučení nabídky **není** situace, při níž nabídková cena uchazeče překročí předpokládanou hodnotu zakázky.

V Brně dne 9. 12. 2014



doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.,

děkan Lesnické a dřevařské fakulty