



1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBAVENÍ LABORATOŘE MODIFIKACÍ DŘEVA 1 OPTICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**
 Sídlo Zemědělská 1, 613 00 Brno
 IČO 62156489

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky Vybavení laboratoře modifikací dřeva 1
 Optický monitorovací systém
 Systémové č. VZ P15V00000036
 URL zakázky na profilu https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1294.html

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

V příloze kupní smlouvy Vymezení předmětu koupě je v bodě 1) specifikováno systém pro vícebodové bezkontaktní optické snímání a v dalších bodech je popsán celý systém. Problém je, že popsáný systém není bezkontaktní. Jedná se o optovláknový (plně dielektrický) systém kde je teplota měřena opticky, ale konce sond jsou v kontaktu s materiálem, jehož teplotu měří.

Proto doporučujeme vypustit slovo bezkontaktní, jinak totiž popsáný systém nebude splňovat bod 1).

1. Dodatečná informace

Zadavatel netrvá na bezkontaktním optickém snímání.

Uchazeči jsou oprávněni při přípravě návrhu smlouvy vypustit výraz „bezkontaktní“ z bodu 1. přílohy předepsaného textu smlouvy.

Uchazeči jsou rovněž oprávněni při přípravě návrhu smlouvy nahradit bod 1. přílohy předepsaného textu smlouvy za následující text: „1. Systém (snímače, ústředna) pro vícebodové optické měření teploty.“

2. Dodatečná informace z vlastního podnětu.

V kapitole VIII. Podání nabídky se údaj o konci lhůty pro podání nabídky ruší a nahrazuje textem:

Lhůta 2. 4. 2015, 16:00

V kapitole IX. Otevírání obálek s nabídkami se údaj o termínu otevírání obálek s nabídkami ruší a nahrazuje textem:

Lhůta 2. 4. 2015, 16:00

V Brně dne 17. 3. 2015



doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.,
děkan Lesnické a dřevařské fakulty