
1. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBAVENÍ LABORATOŘE MODIFIKACÍ DŘEVA 3 LABORATORNÍ DIGESTOŘ

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**
Sídlo Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČO 62156489

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky Vybavení laboratoře modifikací dřeva 3
Laboratorní digestoř
Systémové č. VZ P15V00000037
URL zakázky na profilu https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1295.html

III. DODATEČNÉ INFORMACE

1. Žádost o dodatečnou informaci

Děkuji za oslovení naší firmy na dodávku digestoře a pro zpracování seriózní nabídky žádám upřesnit:

- A. vnější povrch digestoře je požadován z lamina nebo z plechu?
- B. může být šíře 1800 mm?
- C. pracovní plocha z keramických dlaždic, jaký formát máte na mysli, dle našich zkušeností je nejvýhodnější co nejmenší počet spár, proto používáme velkoplošnou keramiku základní rozměr 892 x 1192 x 8 mm, vyšla by pak 1 spára uprostřed pracovní plochy?
- D. požadujete vepředu pracovní plochy zvýšený okraj z keramických tvarovek?
- E. požadujete stejný materiál jako na pracovní plochu i na celé vnitřní vyložení, tj. záda, strop boky(proveditelné pouze u DG s vnějším povrchem lamino ne plech)
- F. ventil voda a vanička stačí 1x?
- G. kolik vývodů na plyn?
- H. kolik zásuvek 230 V, případně 400V?
- I. přední dveře stačí výsuvné nahoru, nebo i posuv skel zleva doprava?
- J. odťah včetně ventilátoru je řešen samostatně, není součástí poptávky a digestoř se pouze dopojí flexi hadicí k zaústění trubek v laboratoři?

Laboratorní digestoř

- K. pod pracovní deskou chcete nechat volné místo, nebo umístit skříňku na chemikálie se zachytnými vanami z polypropylénu napojenou na odťah, nebo pouze skříňku na pomůcky bez napojení na odťah?
- L. částka 95 000,- je předpokládám maximální cenou za digestoř

1. Dodatečná informace

K dotazům sdělujeme následující:

- A. Vnější povrch digestoře zadavatel nespecifikuje.
- B. Zadavatel akceptuje digestoř šíře 1800 mm.
- C. Navržené řešení velkoplošné keramiky a 1 spáry uprostřed pracovní plochy zadavatel akceptuje.
- D. Zadavatel nepožaduje zvýšený okraj z keramických tvarovek vpředu pracovní plochy.
- E. Stejný materiál jako na pracovní plochu požadujeme na záda.
- F. Ventil, voda a vanička stačí 1x.
- G. Zadavatel nepožaduje žádný vývod na plyn.
- H. Zadavatel požaduje alespoň 3 zásuvky 230 V. Zadavatel nepožaduje zásuvku 400 V.
- I. Zadavatel akceptuje jakékoliv řešení dveří.
- J. Napojení na odťah není předmětem řešené zakázky.
Dodavatel provede napojení digestoře na rozvod např. pomocí "flexi" hadice.
- K. Pod pracovní deskou zachovejte volné místo.
- L. Jde o předpokládanou hodnotu. Její překročení není důvodem pro vyřazení nabídky.

2. Žádost o dodatečnou informaci

Prosím o zaslání zadávací dokumentace na laboratorní digestoř dle Vašeho výběrového řízení.

V zadávací dokumentaci nemohu najít přesné požadavky na dodávku digestoře.

Tj. rozměry, vybavenost, povrchy, ...

Čerpám z odkazu https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1295.html a ze zadávací dokumentace https://zakazky.mendelu.cz/document_audit_37458/Zadavaci%20dokumentace.pdf

2. Dodatečná informace

Pod URL https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1295.html jsou uvedeny veškeré informace o zakázce. Požadované plnění je popsáno v příloze zadávací dokumentace, která je označena jako text smlouvy. Technické parametry dodávky jsou uvedeny zejména v příloze č. 1 textu smlouvy. Technické podmínky mohou být upřesněny v dodatečných informacích uveřejněných tamtéž.

V Brně dne 17. 3. 2015



doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.,
děkan Lesnické a dřevařské fakulty