



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 20. 1. 2020

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Dodávka cytoflowmetru“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 13. 1. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz dodavatele č. 1:**

*„Zadavatel požaduje přístroj s **možností využití min. 8 optických parametrů (Cell Sorter)** a zároveň uvažuje o **možnosti excitace až 5 světelnými zdroji**.*

*V případě, že zadavatel uvažuje o pořízení přístroje s **možností rozšíření o Cell Sorter (velmi často využívaná konfigurace přístroje pro stanovování ploidy a velikosti jaderného genomu)**, lze uvažovat o **excitaci max. 3 světelnými zdroji (tzn. rozšířit zvažovaný přístroj se dvěma lasery max. o jeden světelný zdroj)**.*

***Bude zadavatel akceptovat přístroj s možností excitace až 3 světelnými zdroji?“***

**Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:**

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že více než 3 zdroje nejsou v dané konfiguraci zásadní. V tomto duchu rovněž upravil přílohu č. 1 - technickou specifikaci, která je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě nabídek použili aktualizovanou verzi technické specifikace k 20. 1. 2020.

**Sdělení zadavatele č. 2:** Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do **10. 2. 2020 v 14:00 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční **10. 2. 2020** bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Příloha č. 1:**

- Aktualizovaná příloha č. 1 - technická specifikace. Dodavatelé při přípravě svých nabídek využijí tuto aktualizovanou verzi k 20. 1. 2020.

.....  
Ing. Václav Ostrovský  
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018  
referent veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně