



Vyřizuje/tel.
V Brně, dne 24. 1. 2020

Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251

Veřejná zakázka s názvem

„Dodávka chemicky odolného nábytku, digestoře a skříní na chemikálie“

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených dodavatelem k veřejné zakázce: Dodávka chemicky odolného nábytku, digestoře a skříní na chemikálie. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 23. 1. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dotaz:

Je požadováno nacenění jednoho stolu nebo dvou? Dle výkresové dokumentace je požadován jeden kus stolu. V příloze č. 1 - Technická specifikace řádek 13 až 17.

Řádek 13 je možné považovat k nacenění prvního kusu stolu bez bližšího určení materiálu. (zelené označení viz příloha)

Řádek 14 až 17 je možné považovat k nacenění druhého kusu stolu s rozepsanými prvky. (oranžové označení viz příloha)“

Obsah pdf přílohy žádosti o vysvětlení:

13	Stůl laboratorní	Stůl laboratorní	Stůl laboratorní, celkový rozměr 700 x 900/900	700 x 900/900	N1020	1	
14	Stůl laboratorní	Doměr	Doměr rovný se soklem	100 x 18/867	N1020	1	
15	Stůl laboratorní	Skříňka laboratorní	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600 x 570/870	N1020	1	
16	Stůl laboratorní	Konstrukce plechová	Konzola plechová bílá 200x250mm	680x845/870	N1020	2	
17	Stůl laboratorní	Deska pracovní	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm - 0,7 metrů	1000x900/35; 0,7 metrů	N1020	1	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že se jedná o **jeden** stůl. Tento stůl je specifikovaný ve všech zmíněných položkách se skříňkou pod pracovní deskou. Pracovní deska je rozšířena tak, aby na ni v její zadní části mohla být umístěna laboratorní skříň otevřená.

V souvislosti s tím, že dotaz a jeho zodpovězení nemění parametry veřejné zakázky, konstatuje zadavatel, že v souvislosti s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace „Vysvětlení zadávací dokumentace_č.2“ nemění lhůtu pro podání a otevírání nabídek a ta zůstává stanovena na: **11. 2. 2020, 10:00 hod.**

.....
Bc. Lena Mikušová
referent oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2018