



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 17. 9. 2020

**Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětu dodavatele obdrženého písemně dne 17. 9. 2020. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dotazy pro část 1 veřejné zakázky – Multimetry

Dotaz č. 1:

„U specifického odporu uvádíte hodnoty 0,5 Ω cm až 100k Ω cm, náš přístroj má rozmezí 2 Ω až 100k Ω . Podle zkušeností jsou hodnoty odporu pod 2 Ω prakticky zanedbatelné a odpor už není téměř žádný. Je možné nabídnout přístroj s rozsahem rezistivity od 2 Ω ?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

„Uvádíte, že dodání může být pouze se sondou pro měření pH a vodivosti a základním příslušenstvím (adaptér a stativ). Samozřejmě není problém dodat takovouto sestavu, ale v tomto stavu není zcela funkční. Na provoz jsou zapotřebí další standardy a ideálně i malé míchadlo. Nabízíme sadu s veškerým příslušenstvím včetně míchadla a sondy pro měření rozpuštěného kyslíku. Ovšem takováto sada je dražší a může nás znevýhodnit cenově.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v zadávací dokumentaci. Podle tech. specifikace požaduje multimetr, umožňující měření pH, EC, salinity, teploty, redoxpotenciálu, O₂ (vše v uvedených rozsazích měření), ovšem jako sadu včetně sond na měření pH a konduktivity, bez kalibračních roztoků a míchadla.

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně