



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 4. 12. 2020

**Věc: Veřejná zakázka: „Přístrojové vybavení pro laboratoř pedologie a geologie II“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětů dodavatelů obdržených písemně dne 1. 12. 2020 a 3. 12. 2020. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotazy pro část 1 veřejné zakázky – Přístroje pro úpravu půdních výluh a suspenzí a vážení

Dotaz č. 1:

„Položka 1 – Magnetická míchačka - Bude zadavatel akceptovat hmotnost 0,6 kg nebo trvá na 0,5 kg?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel po zvážení požadavků na předmět plnění upravil v tabulce Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky u přístroje „Magnetická míchačka“ položku parametru 4 na hodnotu „Max. hmotnost 0.6 kg“. Z tohoto důvodu vydává aktualizovanou Technickou specifikaci pro část 1 veřejné zakázky – Přístroje pro úpravu půdních výluh a suspenzí a vážení – která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1a.

Dotaz č. 2:

„Položka 1 – Magnetická míchačka - Trvá zadavatele na LED displeji a časovači?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku, který je uvedený v technické specifikaci.

Dotaz č. 3:

„Položka 5 – Váha analytická - Trvá zadavatel na rozhraní wifi?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku, který je uvedený v technické specifikaci.

Dotaz č. 4:

„Položka 5 – Váha analytická - Trvá zadavatel na AC adaptéru jako součást jednoho balení?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že smyslem tohoto požadavku je, aby byl AC adaptér součástí dodávky, není tedy nutné, aby byl součástí jednoho balení s analytickou váhou. Zadavatel upravil v tabulce Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky u přístroje „Váha analytická“ položku parametru 7 na hodnotu „Napájení AC adaptérem (součást dodávky)“. Z tohoto důvodu vydává aktualizovanou Technickou specifikaci pro část 1 veřejné zakázky – Přístroje pro úpravu půdních výluh a suspenzí a vážení – která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1a.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dotaz č. 5:

„Položka 6 – Váha ekonomická - Uvádíte, že požadujete externí kalibraci a volitelně interní kalibraci. Nejedná se o administrativní chybu? Je možné nabídnout váhy s externí nebo interní kalibrací. Jakou kalibraci zadavatel požaduje?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel po zvážení požadavků na předmět plnění odstranil v tabulce Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky u přístroje „Váha ekonomická“ položku parametru 5 „Kalibrace interní volitelně“ a přečísloval parametry následující. Z tohoto důvodu vydává aktualizovanou Technickou specifikaci pro část 1 veřejné zakázky – Přístroje pro úpravu půdních výluh a suspenzí a vážení – která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1a.

Dotaz pro část 2 veřejné zakázky – Přístroje pro úpravu a uchování půdních vzorků

Dotaz č. 6:

„Položka 2 – Sušárna - Zadavatel požaduje časovou odchylku při 150°C 0,2 až 0,3°C. Bude zadavatel při splnění ostatních požadavků akceptovat časovou odchylku 0,5 °C při 150°C?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku, který je uvedený v technické specifikaci.

Na základě změny zadávacích podmínek pro část 1 veřejné zakázky zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 22. 12. 2020 v 12:00 hodin.

Příloha:

A5i_Priloha_c.1a-Tech.spec.cast_1-

Pristroje_pro_upravu_pudnich_vyluh_a_suspenzi_a_vazeni_aktualizovana.xlsx

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně